

## 新北市政府衛生局 函

地址：22006新北市板橋區英士路192-1號  
承辦人：江佳穎  
電話：(02)22577155 分機2353  
傳真：(02)22536548  
電子信箱：AQ5750@ntpc.gov.tw



24158

新北市三重區重新路5段646號8樓

受文者：新北市藥師公會

發文日期：中華民國105年11月25日  
發文字號：新北衛食字第10522438421號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：有關富強醫材股份有限公司主動回收「"富強" 氣切套管」(衛署醫器製字第001439號)(批號：A2-050013、A3-050095、A3-050031、A2-050218、A2-050213、A2-050033、A3-050057、A3-050093、A3-050085、A3-050207、A3-050081、A3-050089、A3-050049)一案，惠請轉知所屬會員，如有案內批號產品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據富強醫材股份有限公司105年11月10日富登字第105065號函辦理。
- 二、案係旨揭公司近期接獲兩件矽質氣切套管抱怨，分別是導管管身受損及塑膠接頭脫落，為降低使用時之潛在危險性，故主動回收旨揭批號產品。
- 三、為保障民眾用藥安全，惠請轉知所屬會員，如有案內批號產品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜。

正本：新北市醫師公會、新北市藥師公會、新北市藥劑生公會、新北市西藥商業同業公會、新北市醫療器材商業同業公會、新北市商業會

副本：

# 局長 林奇宏

本案依分層負責規定授權業務主管決行